



202019125302

正本

上海金艺检测技术有限公司湛江分公司 检测报告

报告编号：JYD221538-2021

委托方：苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司

地址（委托方）：湛江东简街道湛江钢铁厂区

检测类别：委托检测

编制人：冯可尔

日期：2022.01.04

审核人：杨尚睿

日期：2022.01.04

签发人：任峰

日期：2022.01.05

公司地址：湛江市霞山区解放西路 15 号金城大厦 1111 号办公室

邮编：524002

检测地址：湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁有限公司厂区经六支一路环境监测大楼

网址：www.baosteeltech.com

邮箱：192004@baosteel.com

业务联系：0759-3527946

投诉受理：0759-3527956

备注：502 12/21年

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、送样委托测试结果，仅对所送委托样品有效。
- 4、本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本单位检验检测专用章无效。由此引起的法律纠纷责任自负。
- 5、对本报告有异议时，请于报告收到之日起三日内通知本公司。
- 6、本报告自批准之日起生效。

Notes

1. It is unallowed to fill in this report with pencil、ball-point pen.
Don't alter、add and delete without permission.
2. This report will be invalid without sign and seal.
3. If the sample is seated to lab by client, this report will be only responsibility for this sample.
4. It is forbidden to xerox、pick and juggle this report and you should take on the responsibility for law. The xerox will be invalid without analytical special seal.
5. If you have dissidence for this report, Please inform us in 3 working days after receiving this report.
6. This report is valid after authorized.

测试报告

报告编号: JYD221538-2021

基本信息				
工作单号		D2211565		
委托方信息	名称	苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司		
	地址	湛江东简街道湛江钢铁厂区		
	联系人	吴伟康	联系电话	13450137552
受检方信息	名称	苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司		
	地址	湛江东简街道湛江钢铁厂区		
	联系人	吴伟康	联系电话	13450137552
检测类别		委托检测		
检测目的		委托检测		
检测依据		《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007;		
检测日期		2021.12.24		
检测地点		炭黑尾气锅炉辅助烟囱		
样品类型		固定污染源有组织排放废气		
样品来源		现场采样		
样品描述、包装		/		
采样人员		杨国炜、庄济均		
备注		1.本报告仅对现场当时所采集的样品监测结果负责; 2.本报告中“/”表示无此项; 3.监测结果中“ND”表示结果低于检出限; 4.排放标准、最高允许排放限值等信息由委托方提供;		

测 试 报 告

报告编号: JYD221538-2021

监 测 结 果				
测点名称	炭黑尾气锅炉辅助烟囱出口		测点类型	排气筒
净化设备	/		投运时间	/
采样日期	2021.12.24		排放口编号	DA004
收样日期	2021.12.24		排气筒高度(m)	80
分析日期	2021.12.24		测试烟道截面积(m ²)	23.758
监测项目		样品数量	分析结果	检出限 (mg/m ³)
二氧化硫	实测浓度(mg/Nm ³)	3	49	3
技术依据	HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》;			
仪器名称、型号、编号	Testo 350 烟气分析仪 (J039-02);			
排放标准	/			
最高允许排放限值	/			
备注	测试时间为 14:27-15:11, 测试工况由生产方确认。			

测试报告

报告编号: JYD221538-2021

监测结果				
测点名称	炭黑尾气锅炉辅助烟囱出口		测点类型	排气筒
净化设备	/		投运时间	/
采样日期	2021.12.24		排放口编号	DA004
收样日期	2021.12.24		排气筒高度(m)	80
分析日期	2021.12.24		测试烟道截面积(m ²)	23.758
监测项目		样品数量	分析结果	检出限 (mg/m ³)
二氧化硫	实测浓度(mg/Nm ³)	3	27	3
技术依据	HJ 629-2011《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》；；			
仪器名称、型号、编号	Model 3080 便携式红外线烟气气体分析仪 (J124-01)；			
排放标准	/			
最高允许排放限值	/			
备注	测试时间为 14:41-15:25，测试工况由生产方确认。			



报告结束

i

